

KKU.261.131.2025

Kraków, 05.11.2025 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 948/PN-110/2025 pt. „Zakup chromatografu gazowego wraz z detektorem przewodnictwa cieplnego TCD oraz spektrometrem mas typu pojedynczy kwadrupol MS przystosowany do analizy próbek ciekłych i gazowych.”

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści dozownik split/splitless z maksymalną temperaturą pracy 400 °C ?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania dozownika split/splitless z maksymalną temperaturą pracy 400 °C.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści detektor FPD z maksymalną temperaturą pracy 400 °C ?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania detektora FPD z maksymalną temperaturą pracy 400 °C.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Z poważaniem

Wioletta Kubica
Dyrektor ds. Kontraktowania

Sprawę prowadzi: Barbara Bańdo tel.: +48 12 62 03 240 mail: barbara.bando@wodociagi.krakow.pl